使用说明

TDS测水笔



TDS值 水质纯度	范围:0-9999ppm
	精度:±2%
EC 电导率	范围:0-9999μs/cm
	精度:±2%
温 度	范围:0~60°C/32~140°F
	精度:±1
电压	3.2v(充电)
充电接口	Type-C（通用充电口）
充电次数	电池可充300次
屏幕尺寸	32*27mm
尺寸重量	181*44*38cm/85g
校准	出厂时已经校准完毕
背光	有背光
数据保持	有数值锁定功能
自动关机	停止操作8分钟
质保期	6个月



英文
显示屏
按键

注意事项

1.出厂时已经过校准，可以直接使用。
2.检测完后，用净水冲洗电极并保持干燥。
3.检测时，晃动探头确保电极周围没有气泡。
4.使用手机充电线充电，可反复充300次。
5.未经许可擅自拆卸，不在保修范围内。

使用操作



再多按一次 锁定 键可解除锁定。
(重新开关机也可以解除锁定)

模式转换



充电操作

(使用市面手机通用充电线,电池大约可充300次)



更换电极

(电极探头如有损坏或超过质保期,可扫描下面二维码购买)

电极探头不要随意拆卸。更换电极探头,一定要重新校准,由于您没有标准液自己很难完成,最好返回厂家协助。