家贝®
专注水质检测

使用说明

型号 A21-4

PH检测笔



测试范围：0.00-14.00pH

溶解度：0.01pH

误差：±0.01pH

电池：2*1.5V

操作温度：0°C~80°C

尺寸：155*14*25mm

重量：50g

该款PH检测笔主要用来测量水的酸碱度PH

操作简单



1、拔下黑色保护盖，按开机键开机。



2、将探头放入装有待测溶液的杯子中。



3、静置30-40秒后，显示屏显示的数值就是水的酸碱度PH值。

注意事项：

1、切勿检测强酸强碱溶液，避免PH玻璃电极损坏；
2、切勿检测高温低温溶液，以免PH玻璃电极受热胀冷缩而破裂；
3、切勿用尖锐的物品触碰PH玻璃电极，以免损坏；
4、由于空气中的湿度也有一定的酸碱度的，所以检测笔开机之后即使没有放置于水中也会有数值；
5、放置水中检测时，数值有波动是正常的，因为酸碱度是一个动态数值，需要静置30-40秒后数值波动比较小，即可读数。

【PH的标准是多少】

在保证水源安全的情况，我们可以参考以下数值：

纯净水：6 pH左右

山泉水或矿化水：7-8.5 pH

自来水 ：6.5-8.5 pH

PH代表的酸碱度如下：



应用领域



饮用水检测



养殖水检测

产品特点

环保ABS材料
耐摔耐磨、安全无毒

高精度芯片
高精芯片、精准检测

灵敏玻璃电极
检测精度高、误差小

可更换电池
循环使用更长久

可更换电池

循环使用更长久



公司名称：广州家贝水处理有限公司

地　　址：广州市番禺区大龙街道新水坑村大巷街13号

电　　话：020-85542368

手　　机：13826263031

邮　　箱：100@jubway.com

售后服务：

本仪器从出厂之日起保修6个月，担保由于生产和材料造成 的缺陷。若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的 原因不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器及维修卡寄给我们的代理商或我公司，我们将予维修。