家贝®
专注水质检测

使用说明

A51

型号 A51
TDS测水笔



型号	A51
电池	LR44纽扣电池 *2
测量范围	0-999ppm
误差范围	±2%
温度范围	0~50℃
检测项目	水质纯度(tds值)
产品尺寸	52x27x17(mm)
应用范围	水处理行业、家庭自来水、井水、山泉水、饮用水、净水器水(RO机净水器、超滤净水器、功能净水器)
注：此款家贝测水笔只能检测水的纯度，不能判断水的好坏	



售后服务:

本仪器从出厂之日起保修6个月，担保由于生产和材料造成的缺陷。若 在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损 坏的原因，不是使用者 的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器及维修卡寄给我们的代理商 或我公司，我们将予维 修。

注意：
1、TDS代表水中可溶性总固体含量
2、TDS值越低说明水中离子含量越少，水的纯净度越高
3、TDS值只是水质中的一项，不能依靠TDS值判断水质的好坏。

感谢您使用我们的产品。 为了您更好的使用
请遵循本产品的手册。

操作步骤：
1.拿下笔套，打开【ON/OFF】开关；
2. 将笔下面的探头插入测试溶液中至水位线位置，轻轻搅动排除探针上的气泡；
3.待读数稳定后，按【HOLD】键，将笔取出读取数值，如果显示屏上显示“X10”图样，读数须乘以10；若无，则正常读数，读数无须乘以10。（超过999的范围会在后面显示X10，按照10的倍数来读数）
4. 使用完毕后擦干笔头上的水，将笔盖盖回即可；
（温馨提示：再次测试的时候要将HOLD键按一下解锁，方可进行正常的测试）

实操步骤：



第一步：拿下笔套并按【ON/OFF】键开机



第二步：将笔放入水中



第三步：按【HOLD】键锁定数值

注意事项：
1. 请避免将家贝测水笔整体浸泡到水里
2. 请避免高温，阳光直射
3. 请避免撞击，重压或摔落

公司信息:
公司名称：广州家贝水处理有限公司
地　　址：广州市番禺区大龙街道新水坑村大巷街13号
邮　　编：511430
电　　话：020-85542368
手　　机：13826263031
邮　　箱：100@jubway.com