家贝®
专注水质检测

使用说明

型号 A52a

圆款多功能检测笔



产品参数

检测功能	PH	TDS	EC	TEMP
检测范围	0.01-14ph	1-10000ppm	0-10000μs/cm	-30-60℃ -22-140℉
分 辨 率	0.01ph	1ppm	1μs/cm	0.1℃/℉
精 确 度	±0.05ph	±2%F.S	±2%F.S	±0.5
温度范围	0.1-60℃			
防　　水	Ip67			
电　　池	4×1.5V（LR44）纽扣电池			
产品尺寸	18.5cm×φ3.8cm			
数据保持	数据保持			
显　　示	液晶数字显示			
背　　光	有背光			
自动关机	5分钟			

该款多功能检测笔主要用来测量水中溶解性总固体TDS、酸碱度PH和电导率EC

检测笔适用场景



家庭饮用水检测



净水器水质检测



鱼缸水质检测

售后服务：

本仪器从出厂之日起保修6个月，担保由于生产和材料造成 的缺陷。若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的 原因不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器及维修卡寄给我们的代理商或我公司，我们将予维修。



简单的操作：

1、拔下检测笔下方白色的保护盖，按一下“ON/OFF”开机键开机；

2、将探头放入装有待测溶液的水杯中，轻轻搅拌检测笔，屏幕中显示的数值就是水对应的指标数值；

3、通过按“MOOL/CAL”键可以切换分别检测：TDS、PH和EC三个指标。



【TDS的标准是多少】

在保证水源安全的情况，我们可以参考以下数值：

纯净水：0～10 PPM

山泉水或矿化水：20～90 PPM

净化水 ：20～250 PPM

自来水 ：300 PPM以内

高硬度水 600 PPM以上

中国制订的饮用水标准：

- 自来水1000PPM以下
- 纯水50PPM以下
- 矿泉水20-200PPM之间

【PH的标准是多少】


在保证水源安全的情况，我们可以参考以下数值：

纯净水：6 pH左右

山泉水或矿化水：7-8.5 pH

自来水 ：6.5-8.5 pH

PH代表的酸碱度如下：



注意事项：

1、切勿检测强酸强碱溶液，避免PH玻璃电极损坏；

2、切勿检测高温低温溶液，以免PH玻璃电极受热胀冷缩而破裂；

3、切勿用尖锐的物品触碰PH玻璃电极，以免损坏；

4、由于空气中的湿度也有一定的酸碱度的，所以检测笔开机之后即使没有放置于水中也会有数值；

5、放置水中检测时，数值有波动是正常的，因为酸碱度是一个动态数值，需要静置30-40秒后数值波动比较小，即可读数。

公司名称：广州家贝水处理有限公司

地　　址：广州市番禺区大龙街道新水坑村大巷街13号

电　　话：020-85542368

手　　机：13826263031

邮　　箱：100@jubway.com