使用说明

多功能检测笔

产品参数	
功能	TDS/EC/PH/SALT
TDS值 水质纯度	范围:0-9990ppm 10-100ppt
	分辨率:1ppm
	精确度:±2%
pH 酸碱度	范围:0-14pH
	分辨率:0.01pH
	精确度:±0.05pH
EC 电导率	范围:0-9990μs/cm 10-200ms/cm
	分辨率:1μs/cm
	精确度:±2%
SALT 盐度	范围:0-25%
	分辨率:0.01%
电池	3.2V 600mA(锂电池)
尺寸	181x44x38mm
笔净量	106g
数值锁定	手动锁定
自动关机	无操作8分钟
质保期	6个月



注意事项

1. 本产品出厂时已经校准，可直接使用（不需校准时,不要随意进入校准模式）
2. 检测时晃动几下探头确保电极周围没有气泡，以免影响检测数值;
3. 测完后,用净水冲洗电极并保持干燥;
4. 玻璃电极属于易碎品，使用时需要谨慎，切勿触碰硬质东西，以免损坏电极；
5. 未经许可擅自拆卸，不在保修范围内。

广州家贝水处理有限公司
电话: 020-8554 2368　180 2234 2420
020-8582 1510　180 2234 2410
邮箱:100@jubway.com　200@jubway.com
地址:广州市番禺区大龙街道大巷街13号 家贝公司

使用说明

一、按 开/关 键开机

拔下盖
插入水



开/关



同时检测
TDS+PH



TDS≥1万
单位显示ppt



二、按 切换 键可切换为电导率/盐度检测模式

切换
电导率
盐度



电导率≥1万
单位显示ms/cm



检测指标和单位	
TDS	ppm/ppt
PH	pH
电导率	μs/cm ms/cm
盐度	%

三、按 锁定 键可锁定检测数值



锁定



探头为易耗品；
可扫描下面
二维咨询购买



四、长按6秒 切换 键，进入校准模式(扫描下面二维码，向厂家索要校准视频)

1. TDS校准
   (出厂时已校准)如需校准，需返厂处理
2. PH校准
   (出厂时已校准)如需校准，扫描右侧二维码
3. 电导率校准
   (出厂时已校准)如需校准，需返厂处理
4. 盐度校准
   (出厂时已校准)如需校准，需返厂处理

售后服务微信

充电操作


打开顶盖


Type-C充电口


通用手机充电线


充满即止