使用说明

型号 A10
TDS 测水笔



感谢您使用我们的产品。 为了您更好的使用
请遵循本产品的手册。

主要技术指标：

测量范围：0~9990ppm
误差范围：±2%
电池：1.5V电池(LR44)*2Pcs
温度范围：0~50℃
检测项目：检测水质的纯度(tds值)
尺寸：155x31x23(mm)
注：尺寸为人工测量，可能存在误差
重量：76g



特点：

锁定功能：为了便于读取和记录，仪器将会锁定读数
One Touch功能：疏忽忘记关闭电源，也不怕跑电的自动关闭功能，10分钟后自动关闭

操作步骤：

1. 拿下笔套，打开ON/OFF开关
2. 将笔插入测试溶液中至水位线位置，轻轻搅动除去笔中气泡
3. 待读数稳定后，按【HOLD】键，将笔取出读取数值，如果显示屏上闪烁“X10”图样，读数须X10再读；若无，则正常读数，读数无须X10。（超过999的范围会在后面显示*10，按照10的倍数来读数）
4. 使用完毕后擦干笔头上的水，将笔盖盖回即可

（温馨提示：再次测试的时候要将HOLD键按一下解锁，方可进行正常的测试）
注意：仪器电极需定期（15天左右）插入饱和氯化钾溶液中浸泡几个小时，以确保测量准确性



1. 打开笔盖并打开开关



2. 将笔放入待测溶液中，溶液高度不可超过4cm(从笔端开始)。放入水后，等读数稳定，按锁定键锁定读数



3. 将笔插入测试溶液后，按一下【TEMP】键即可切换当前溶液的摄氏温度



4. 再按一下【TEMP】键切换华氏温度

产品结构：



注意事项：

1. 请避免将家贝测水笔整体浸泡到水里
2. 请避免高温，直射光线
3. 请避免撞击，重压或摔落

售后服务：

本仪器从出厂之日起保修6个月，担保由于生产和材料造成的缺陷。若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的原因，不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器及维修卡寄给我们的代理商或我公司，我们将予维修。

公司信息：

公司名称 : 广州家贝水处理有限公司

地　　址 : 广州市番禺区大龙街道新水坑村大巷街13号

公司电话 : 020-39022243

手　　机 : 13826263031

邮　　箱 : 100@jubway.com